

시험 성적서

KOTITI

접수번호 : 82211509103838-001

발급번호 : 3333167544

접수일자 : 2021년 07월 28일

발급일자 : 2021년 08월 11일

시료명	Melt Blown Filter 35g	검사목적	식약처허가
제조번호	-	제조(수입)일자	2021-07-19
중량/용량	-	유통(품질유지)기한	-
업체명	(주)블루베리엔에프티	대표자	홍상혁, 오성원
소재지	충청북도 증평군 증평읍 광장로 473-3	전화번호	02-2203-3835

시험 항목 및 결과

순번	시험항목	최종결과	비고
1	차압	15.1 Pa/cm ²	EN 14683 : 2019

* N/A : 해당사항 없음.

시험검사자 : 조윤섭

기술책임자 : 왕만식

- ※ 위 결과는 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

본 시험성적서는 「식품의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 업무와 관련이 없으며, 이로 인한 법적 분쟁시 식품의약품안전처와 관련이 없음을 밝힙니다.

(사)KOTITI시험연구원



시험 성적서

접수번호 : 82211509103838-001

발급번호 : 3333167544

접수일자 : 2021년 07월 28일

발급일자 : 2021년 08월 11일

1. 차압

구분	결과	기준	단위	분류	최종결과	비고
1	14.1	Type I,II < 40 Type IRR < 60	Pa/cm ²	N/A	15.1	EN 14683 : 2019
2	16.1					
3	15.7					
4	15.0					
5	14.4					
평균	15.1					

$\Delta P = (X_{m1} - X_{m2}) / 4.9$
 X_{m1} = 검체 통과하기 전의 압력 (Pa)
 X_{m2} = 검체 통과한 후의 압력 (Pa)
 4.9 = 검체 면적 (cm²)

시험검사자 : 조운섭

기술책임자 : 왕만식

- ※ 위 결과는 의뢰된 시험·검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
- ※ 지면이 부족한 경우 시험·검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
- ※ 검사결과를 광고하거나 용기·포장 등에 표시할 때에는 시험·검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

본 시험성적서는 「식품의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 업무와 관련이 없으며, 이로 인한 법적 분쟁시 식품의약품안전처와 관련이 없음을 밝힙니다.

(사)KOTITI시험연구원

